



**SEAPAL VALLARTA
COMITÉ/COMISIÓN DE ADQUISICIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 03 de septiembre del 2020, reunidos los miembros del Comité de Adquisiciones del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Fco. Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia SEAPAL N.º LPLSC/07/104529/2020. A adquirirse con recursos propios. Denominado:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE LABORATORIO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia SEAPAL N.º LPLSC/07/104529/2020. A comprarse con recursos propios. Denominado:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE LABORATORIO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

De conformidad con lo establecido en el punto n° 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado, se procede a dar lectura a los formatos del ANEXO 4 de las Bases.

DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.

Pregunta 1.- **anexo 3**, partida: 1 campana de flujo laminar, ¿Solicitamos a la convocante nos aclare si las lámparas están fundidas o funcionan correctamente?

Necesitan lámparas uv. y blanca

Pregunta 2.- **anexo 3**, partidas: 2, 3, 4 y 5: baño maría, incubadoras y horno de secado; ¿Solicitamos a la convocante nos aclare si las resistencias están fundidas o funcionan correctamente?

Están funcionando

Pregunta 3.- **anexo 3**, partida: 6 y 7 espectrofotómetro y turbidímetro; ¿Solicitamos a la convocante nos aclare si las lámparas están fundidas o funcionan correctamente?

Están funcionando

Pregunta 4.- **anexo 3**, partida: 9 extractor de campana; ¿Solicitamos a la convocante nos aclare si funciona correctamente el motor o presenta algún problema?

Ninguno

Pregunta 5.- **anexo 3**, partida: 10 esterilizador, solicitamos a la convocante nos aclare si las resistencias funcionan y las válvulas.

Funcionando

Pregunta 6.- **anexo 3**, partida: 16 reactor de dco y part. 17: Solicitamos a la convocante nos aclare si las resistencias están fundidas o trabajan correctamente?

Funcionando

Pregunta 7.- **anexo 3**, partida 18 oxímetro: ¿solicitamos a la convocante nos indique si requieren calibración con certificado?

No

Pregunta 8.- **anexo 3**, partida 19: solicitamos a la convocante nos aclare si la tarjeta y la bomba está fallando o funciona correctamente?

Falla en la succión.

La programación funciona

EMPRESAS QUE ASISTIERON:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

Siendo las 11:20 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman el secretario del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO** y los que asistieron a esta reunión.

"La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta".


C.P. SANTIAGO DE JESUS CENTENO ULIN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES SEAPAL VALLARTA


QFB. ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO
JEFE DEL DEPTO. DE LABORATORIO
SEAPAL VALLARTA


LIC. IGNACIO ENRIQUE GARCÍA ENCARNACIÓN
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
SEAPAL VALLARTA